Manual de Instruções do Oftalmoscópio PanOptic™ da Welch Allyn

Passo 1.

Retire os óculos (opcional). Encoste o PanOptic à sobrancelha e, com o polegar no disco de focagem, foque num objecto afastado 3 m de modo a ver claro e nítido.

Passo 2.

Utilizando o indicador de abertura/filtro, regule para ponto pequeno (risco verde). Verifique que o reóstato está completamente ligado. Isso ajudará na obtenção do reflexo vermelho no passo 3.

Passo 3.

Sente-se em frente do doente e segure o PanOptic 15 a 24 centímetros afastado, a um ângulo de 15-20 graus sobre o lado temporal. Observe através da lente até ver o reflexo retiniano vermelho.

Passo 4.

Aproxime do doente, seguindo o reflexo vermelho na pupila. Para conseguir a observação, a concha ocular tem que contactar a sobrancelha do doente.

Passo 5.

Para maximizar a observação, pressione a concha ocular. Mantendo o contacto com o doente, desloque o instrumento para observar diferentes áreas do fundo ocular.

Oftalmoscópio PanOptic™ da Welch Allyn

Aparências comuns

Nervo óptico saudável

Uma pequena cúpula óptica com tecido de rebordo rosado. A cúpula cumpre a regra ISNT (glaucoma), com o tecido do rebordo mais espesso nas porções inferior, superior e nasal, e mais fino na zona temporal.

Retinopatia diabética não proliferativa:

São visíveis no pólo posterior hemorragias pontuais e de mancha, bem como exsudados retinianos brancos.

Retinopatia hipertensiva

As artérias e veias são tortuosas, com ocorrência de artérias apertadas e chanfradura arterial e venosa.

Welch Allyn European Customer Services,
Navan Business Park, Dublin Road,
Co. Meath, Republic of Ireland
Tel: 00 353 46 90 67790 Fax: 00 353 46 90 67754

Welch Allyn®
Advancing Frontline Care™
www.welchallyn.com

© 2007 Welch Allyn. SM3001PT Rev B